

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Аудиометра скринингового, с принадлежностями

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	НМЦ за ед. товара, руб.	НМЦ за Товар , руб.
1	Аудиометра скринингового, с принадлежностями	1	286000,00	286000,00

№ п/п	Наименование, описание параметра/функции	Значение параметра/функции*
	<b>Стоматологическая установка</b>	<b>Наименование, товарный знак (при его наличии) предлагаемого товара - Указать</b>
	Код позиции ОКПД	26.60.12.123
	Количество, ед.	1 шт
	Страна происхождения	Германия
	Год выпуска	Не ранее 2021 г.
<b>1</b>	<b>Общие требования</b>	
	Гарантийный срок	не менее 12 мес.
	Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений	наличие
	Наличие эксплуатационной документации на русском языке	наличие
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	наличие
	Время наработки оборудования на момент закупки	Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации
<b>2</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Тональная пороговая аудиометрия при воздушном звукопроведении	Наличие
	Диапазон частот по воздушному звукопроведению (Герц)	$\geq 125$ и $\leq 8000$
	Диапазон интенсивности тестовых сигналов для воздушного проведения (Децibel)	$\geq -10$ и $\leq 100$ ;
	Уровень шага (Децibel)	5 и /или 1
	Кнопочный переключатель ответа пациента Тип стимулирующего сигнала: Непрерывный; пульсирующий, трель Отображение аудиограммы на ЖК дисплее Отображение частот, усиления на экране Автономная работа от батарей или от аккумуляторов	Наличие
	Срок службы батареи	До 70 000 поданных тонов
	Готовность к работе Не более 10 минут после включения питания	Наличие
	Размеры	Не более 23 x 18 x 6 см
<b>3</b>	<b>Комплект поставки:</b>	
	Базовый прибор	1 шт
	Наушники воздушного звукопроведения	1 шт
	Бланки для аудиограмм, комплект	1 шт
	3 батарейки АА	1 шт
	Кнопка ответа пациента	1 шт

\*В связи с тем, что сведения о характеристиках Товара, указанные в КТРУ, отсутствуют и не позволяют определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика.

**1. Общая стоимость договора включает:** стоимость Товара, транспортных расходов поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора.

**2. Обоснование НМЦ:** обоснование начальной максимальной цены договора сформировано с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение № 1 к Техническому заданию)

**3. Требования к товару:** 3.1. Требования к качеству товара: Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, значению параметров и функций, Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. Требования к упаковке товара: Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**4. Условия и сроки поставки товара:** Товар поставляется в заводской упаковке, одной партией, не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора поставки.

**5. Место и время поставки Товара:** 678990, РС (Я), Нерюнгринский р-н, п. Беркакит, ул. Оптимистов, д.25 Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в рабочие дни с 08-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 16-00 ч. по местному времени.

**6. Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 5 (Пять) банковских дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора, в размере 50% (Пятьдесят) от стоимости Товара. - окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей, утвержденным и согласованным между Поставщиком и Покупателем, равными суммами, в течение 10 (Десяти) дней с даты поставки Товара.

**7. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров:**  
Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию.

Разработано:

Инспектор по производственным вопросам



К.П.Уварова

Главный врач



Л.В.Цырульникова