

Частное учреждение здравоохранения "Поликлиника "РЖД-Медицина" посёлка Беркажит"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставку медицинского оборудования Аппарат рентгеновский стоматологический МуRay RX DC  
Cefla (Италия)

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	НМЦ за ед. товара, руб.	НМЦ за Товар, руб.
1	Аппарат рентгеновский стоматологический МуRay RX DC Cefla (Италия)	1		

№ п/п	Наименование, описание параметра/функции	Значение параметра/функции*
	Аппарат рентгеновский стоматологический	Наименование, товарный знак (при его наличии) предлагаемого товара - Указать
	Код позиции КТРУ	26.60.11.114
	Количество, ед.	1 шт
	Страна происхождения	Италия
	Год выпуска	Не ранее 2022 г.
1	Общие требования	12 месяцев
	Гарантийный срок	
	Время наработки оборудования на момент закупки	Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	наличие
2	Технические характеристики	
2.1.	Стандартная комплектация:	<p>Тип размещения аппарата - настенный</p> <p>Напряжение питающей сети - 220 В</p> <p>Сопротивление сети - 1,6 Ом</p> <p>Частота импульсов генератора - 300 кГц</p> <p>Напряжение на генераторе рентгенаппарата - 60 кВ</p> <p>Импульсный блок питания, стабилизирующий напряжение на генераторе - в наличии</p> <p>Максимальный ток анода рентгеновской трубки - 7 мА</p> <p>Наибольшая потребляемая мощность - 790 Вт</p> <p>Расстояние от фокусного пятна рентгеновской трубки до внешнего торца тубуса - 205 мм</p> <p>Диаметр рабочего пучка излучения в плоскости внешнего торца тубуса - 60 мм</p> <p>Кадрирующий прямоугольный коллиматор, ограничивающий излучения- наличие</p> <p>Размер диафрагмы - Ширина 3 см Длина 4 см, Суммарный алюминиевый эквивалент фильтрации - 2,5 мм,</p>

<p><b>2.2.</b> Характеристики изделия:</p>	<p>Кронштейн с антивибрационной системой- наличие, Возможность выбора режимов работы &lt;&lt;Радиовизиограф/пленка&gt;&gt; - наличие, Возможность удаленного монтажа микропроцессорного пульта управления на расстоянии - 8 м. Фокальное пятно - 0,4 Масса аппарата без упаковки -25 кг. Максимальное расстояние от стены до труба генератора (с обратным разворотом труба в сторону стены) - 230 см. Индикация лучевой нагрузки на таймер аппарата после экспозиции-наличие. Подключение к аппарату дополнительной удаленной кнопки. Возможность заблокировать кнопку экспозиции при подключении дополнительной удаленной кнопки - наличие. Возможность синхронизации с радиовизиографами производителя - наличие.</p>
<p>* В связи с тем, что сведения о характеристиках Товара, указанные в КТРУ, отсутствуют и не позволяют определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика.</p>	
<p><b>1. Общая стоимость договора включает:</b> стоимость Товара, транспортных расходов поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора.</p>	
<p><b>2. Обоснование НМЦ:</b> обоснование начальной максимальной цены договора сформировано с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение № 1 к Техническому заданию)</p>	
<p><b>3. Требования к товару:</b> 3.1. Требования к качеству товара: Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, значению параметров и функций, Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. Требования к упаковке товара: Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.</p>	
<p><b>4. Условия и сроки поставки товара:</b> Товар поставляется в заводской упаковке, одной партией, не позднее 40 (сорок) календарных дней с момента заключения договора поставки.</p>	
<p><b>5. Место и время поставки Товара:</b> 678990, РС (Я), Нерюнгинский р-н, п. Беркаит, ул. Оптимистов, д.25 Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в рабочие дни с 08-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 16-00 ч. по местному времени.</p>	
<p><b>6. Форма, сроки и порядок оплаты:</b> Оплата выполненных работ, в сумме, установленной п. 2.1. Договора осуществляется Заказчиком в российских рублях по безналичной форме расчетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного Сторонами накладной формы (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД).</p>	
<p><b>7. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участникам товаров:</b> Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию.</p>	

Разработано:

Инспектор по производственным вопросам

К.П.Уварова



И.О.главного врача

О.В.Феденёва

